

## OBSERVACIONES INVITACIÓN SUPERIOR AL 10% DE LA MENOR CUANTIA E INFERIOR A 120 SMLMV N° 027 DE 2015

**CAROLINA PEÑALOZA** <kasaiventas4@gmail.com>

19 de noviembre de 2015, 14:17

Para: Licitaciones Unillanos <licitaciones@unillanos.edu.co>

Buen Día SEÑORES UNILLANOS

Cordialmente, solicitamos tener en cuenta las siguientes observaciones del proceso 027 DE 2015

5. especificaciones técnicas:

**ITEM 1.** Pantalla LCD para programación de parámetros de operación Puerta Frontal controlada electrónicamente Velocidad de aire regulable a 6 niveles Tipo de protección IP20 o superior Resistente a sustancias químicas (ácidos y álcalis) Ancho mínimo de trabajo: 120 cm Velocidad de aire < 0,5 m/s Ruido < 60 DB Lámpara UV para esterilización del área Toma corrientes a prueba de agua Cumple con norma: ASHRAE 110

Solicitamos también acepte equipos sin la especificación de "puerta controlada electrónicamente", ya que limita a solo una marca del mercado y no es indispensable para la extracción de los reactivos

**ITEM 4** Solicitamos tener en cuenta equipos con especificaciones inferiores que también entran en el presupuesto como : Zoom: 5:1. 0.8x...4,0x) con posibilidad de llegar a 80x

Angulo de observación de 45° a 60°

Con distancia interpupilar ajustable de 45-55 mm hasta 75 mm.

Distancia de trabajo de 100 a 110 mm.

**OBSERVACIÓN 3:** Cordialmente solicitamos aplazar el plazo de entrega hasta 1 día hábil después de contestadas las anteriores observaciones

Cordial Saludo



**KASAI** LTDA.  
ORGANIZACIÓN COMERCIAL

*Carolina Peñaloza Arias*  
Biólogo - Asesor Comercial  
Teléfono: 57 (1) 4161437 / 321 2641681  
Dirección: Carrera 72 A BIS No. 52 28  
Normandía Medioreal / Bogotá - Colombia  
WEB: www.kasai.com.co / kasaiventas4@gmail.com

kasailtda skype kasaiventas4

## OBSERVACIONES INVITACIÓN SUPERIOR AL 10% DE LA MENOR CUANTIA E INFERIOR A 120 SMLMV N° 027 DE 2015


CAROLINA PEÑALOZA <kasaiventas4@gmail.com>

19 de noviembre de 2015, 15:55

Para: Licitaciones Unillanos <licitaciones@unillanos.edu.co>

Adicionalmente quisieramos agregar a nuestra pregunta 1, si es posible que nos aclaren si necesitan la base de la cabina, ya que es un accesorio adicional y no es claro en la propuesta si la requieren

Cordial Saludo



**KASAI** LTDA.  
ORGANIZACIÓN COMERCIAL

*Carolina Peñaloza Arias*  
Biólogo - Asesor Comercial  
Teléfono: 57 (1) 4161437 / 321 2641681

Dirección: Carrera 72 A BIS No. 52 28  
Normandía Medioreal / Bogotá - Colombia  
WEB: www.kasai.com.co / kasaiventas4@gmail.com

kasailltda skype kasaiventas4

[El texto citado está oculto]