



Villavicencio, Febrero 22 de 2017

MEDARDO MEDINA MARTINEZ
Vicerrector Recursos Universitarios
Unillanos

Presento respuesta según observaciones allegadas al proceso de **INVITACION SUPERIOR AL 10% DE LA MENOR CUANTIA E INFERIOR A 120 SMLLV N° 006 DE 2018**, cuyo objeto es: **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “LARVICULTURA Y ALEVINAJE DE CACHAMA BLANCA PIARACTUS BRACHYPOMUS, EN SISTEMA SUPERINTENSIVO DE CULTIVO CON TECNOLOGÍA BIOFLOC - TBF”**.

La empresa **TRANSFER SAS**, mediante comunicación escrita del día 22 de febrero de 2018, correo electrónico trasfersas@outlook.com, presenta las siguientes observaciones:

OBSERVACIÓN 1.

“Agradecemos tener en cuenta que el Ítem 18 AMONIO MEDIO RANGO MARCA HANNA VIENE EN PRESENTACION DE 100 TEST REF: HI93715-01 \$ 258.532 MAS IVA.

La presentación que sigue es de 300 TEST REF: HI93715-03 \$ 736.989 MAS IVA.

Este Reactivo No viene en presentación de 250 TEST.

PREGUNTA?? OPCION 1:

En caso de ser aprobada nuestra oferta, haríamos entrega de cuatro unidades de la REF: HI93715-01 \$ 258.532 C/U para un total de 1.034.128 Más IVA, ya que esta fue la presentación (100 test) que se oferto en nuestra cotización No. 0325, pero observamos que no se tuvo en cuenta para la publicación de los pliegos, sino que sigue la solicitud por 4 unidades de 250 test.

PREGUNTA?? OPCION 2:

Podemos ajustar tres unidades de la REF: HI93715-03 \$ 736.989 C/U para un total de \$ 2.210.967 más IVA, y así poder acercarnos a la cantidad de TEST que requieren serían 900 test en total. Lo solicitado son 1000 test. Pero en esta opción se incrementa el valor la oferta.” (Sic)

RESPUESTA: Como evaluador técnico me permito aclarar que efectivamente para el reactivo AMONIO MEDIO RANGO MARCA HANNA la presentación solicitada es de 100 test.



OBSERVACION 2.

“Agradecemos tener en cuenta que TODAS LAS REFERENCIAS DE HANNA TERMIDAS EN 01, ítem 15,16,17,18 en su orden

HI 93728-01 REACTIVO NITRATO X 100 TEST
HI93708-01 REACTIVO NITRITO RANGO ALTO 0A 150 mg/L X 100 TEST
HI93755-01 REACTIVO ALCALINIDAD X 100 TEST
HI93715-01 REACTIVO AMONIACO RANGO DE 0.00 A 10.0 mg/L X 100 TEST

VIENEN EN PRESENTACION DE 100 TEST, NO EN PRESENTACION DE 250 TEST COMO LO SOLICITA EL USUARIO, ESTOS TEST NO Vienen en presentación de 250, esta observación la hizo directamente HANNA, de 100 TEST pasa a la presentación de 300 TEST.

En este caso de ser aprobada nuestra oferta, solicitamos aprobación para que los reactivos ofertados bajo las referencias solicitadas por el usuario, sean tenidas en cuenta como PRESENTACION DE 100 TEST CADA UNO.

RESPUESTA: Teniendo en cuenta que no es posible adquirir los reactivos NITRATO, NITRITO RANGO ALTO 0A 150 mg/L, ALCALINIDAD, AMONIACO RANGO DE 0.00 A 10.0 mg/L en presentación de 250 test puesto que ya no son fabricados en esta presentación, se aclara, que en su defecto, dentro de la propuesta debe presentarse oferta a 750 test para NITRATO, 1000 test para NITRITO RANGO ALTO 0A 150 mg/L, 1000 test para ALCALINIDAD y 1000 test para AMONIACO RANGO DE 0.00 A 10.0 mg/L, en las presentaciones que el oferente considere, SIN EXCEDER EL VALOR DE LA CONSTANCIA DEL ESTUDIO DE MERCADO PARA CADA UNO DE ESTOS ELEMENTOS.

ORIGINAL FIRMADO

LUIS FELIPE COLLAZOS
Evaluador Técnico