

Bogotá, diciembre 30 del 2015.

NR-V- 015-0731

Señores
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Kilómetro 12 vía Puerto López, Vereda Barcelona
Departamento de Contratación.

REF: OBSERVACIONES A RESPUESTA DE OBSERVACIONES DE EVALUACIÓN TÉCNICA A INVITACION PÚBLICA NO 004 DE 2015.

OBJETO: ADQUISICION Y DOTACION DEL LABORATORIO MOVIL PARA EL PROGRAMA DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, CON CARGO AL PROYECTO FCARN 54 0412 2014.

Dando alcance a la respuesta de evaluación de la referencia queremos aclararle a la universidad los puntos presentados por la Firma Electroequipos, así

1. OBSERVACION 1

ITEM 3: TERMOANEMOMETRO CON TERMOMETRO INFRARROJO.

Queremos ratificar que la ficha técnica solicitada corresponde a un Termómetro infrarrojo. (Marca Control Company ref:4472) Adjuntamos requerimiento de la universidad y la ficha técnica de uno de los equipos ofrecidos, Sin embargo para cumplir con la especificación, presentamos **dos** equipos de manera que **SUPERAMOS LA ESPECIFICACIÓN** y por ende con dos equipos se pueden realizar las practicas que la entidad requiere.

Así mismo respecto a la aseveración de existencia del equipo en el mercado con el nombre y especificaciones técnicas requeridas, solicitamos muy amablemente a la Universidad que nos informe la marca y la referencia de dicho equipo, ya que nuestro grupo de ingenieros definitivamente no lo encontraron..

ITEM	NOMBRE	CANT.
3	TERMOANEMÓMETRO CON TERMÓMETRO INFRAROJO	3
<ul style="list-style-type: none"> • Rango de temperatura es 0 a 788 ° F y -20 a 420 ° C • Resolución de 1 ° • Precisión de ± 2 ° C o 2% de la lectura • El campo de visión es de 8: 1 (A partir de 16 pulgadas de distancia, lee un punto del tamaño de 2 pulgadas). • Luz de fondo con el toque de una tecla • Retención de datos congela la lectura pantalla • Memoria máxima / mínima • 8 memorias • Alta alarma sonora / baja • Promedio de lecturas • Lecturas diferenciales • Indicador de batería baja • ° C / ° F cambiable • correa de muñeca, estuche de transporte de lados suaves, batería de 9 voltios. 		

4472 Traceable® Infrared Therm. with Mem./Alarm

Innovative, 9-memory infrared unit with alarm meets every touchless temperature reading need



UTILIZES LASER TARGETING FOR PRECISE TOUCHLESS MEASUREMENT

Laser beam permits perfect temperature target sighting. Use in petroleum, electronics, plants, and outdoors. Use with liquids or solids.

FEATURES

- Temperature range is 0 to 788°F and –20 to 420°C
- Resolution of 1°
- Accuracy of ±2°C or 2% of the reading
- Field of view is 8:1 (From 16 inches away, reads a spot the size of 2 inches).
- Backlighting at the touch of a key
- Data hold freezes display reading
- Maximum/minimum memory
- 9 memories

- High/low audible alarm
- Average readings
- Differential readings
- Low-battery indicator
- °C/°F switchable

TRACEABLE TO NIST FOR ACCURACY

2. OBSERVACIONES 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,1516. Correspondiente a los Items 9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,24,25.

Adjunto carta de nuestra representada **EDYLAB EQUIPAMIENTOS, S.L.** donde aclara que fabrica y distribuye equipos de varias marcas elaborados bajo las especificaciones técnicas ajustados a las necesidades del cliente como es este caso de la UNIVERSIDAD.

3. Para finalizar respecto a nuestra observación frente a a la firma de Electroequipos ratificamos que dicha compañía no cumple con el requisito OBLIGATORIO solicitado en el pliego respecto a la experiencia acredita ya que **NO CUMPLE CON LA CLASIFICACION**


EN:

SEGMENTOS	FAMILIAS	CLASES	PRODUCTO
25		10	19 Vehículos especializados o de recreo
25		18	17 Remolques para productos y materiales

Así como la certificación de la empresa VENTA EQUIPOS S.A.S. que adjuntan a folio 179 ya que no se encuentra registrado en el RUP, de manera que incumple con la exigencia requerida Obligatoria. Específicamente en el literal **“Si el proponente allega experiencia con empresas privadas dicho contrato debe estar inscrito en el RUP en el cual consten los datos de contratante, la cuantía y códigos ya que se debe tener la certeza que es el que se está acreditando. Obligatorio”**

Con lo anteriormente expuesto, queda absolutamente claro que la empresa **NUEVOS RECURSOS S.A.S.** no solo cumple con las especificaciones técnicas requeridas, sino que las supera, de manera que solicitamos a la entidad sea ADJUDICADO el proceso de invitación pública No 004 el cual estamos participando.

Les agradecemos la atención prestada.



JUAN MANUEL FRESEN
C.C. No 79.147.272
Representante Legal
NUEVOS RECURSOS S.A.S.
NIT: 830.014.721-4.