



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Villavicencio, Octubre 5 de 2015

Doctor
MEDARDO MEDINA MARTINEZ
Vicerrector de Recursos Universitarios
Universidad de los Llanos
Ciudad.

Referencia: **RESPUESTA A LA OBSERVACION DE LA INVITACION ABREVIADA
N°024/DE 2015**

De acuerdo a la observación presentada por la empresa **DIDACLIBROS LTDA**, al proceso de contratación invitación Abreviada N° 024 de 2015, que tiene como objeto: Adquisición de equipos y simuladores con instalación y capacitación para el laboratorio de simulación y habilidades clínicas de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de los Llanos, con cargo a la ficha BPUNI FCS N° 1204062014, me permito indicar que efectivamente por error de transcripción se incluyeron unos accesorios en el modelo de inyección combinado, los cuales no hacen parte de este elemento; así las cosas me permito aclarar la ficha técnica del proceso y sus características las cuales son las siguientes:

EQUIPOS DE LABORATORIO MÉDICOS	CANTIDAD
<p>MODELO DE INYECCIÓN COMBINADO: <i>Modelo de nalga para inyección, con lado transparente para mostrar la estructura interna: Anatomía de los huesos, cresta iliaca, trocánter mayor, músculo glúteo mediano y los nervios y venas. Cuenta con una manguera en la bolsa colectora, con luz verde que indica técnica y posición de inyección correcta; un zumbido y luz roja intermitente alertan si penetran demasiado o si la posición es incorrecta.</i></p> <p><i>Medidas: 15" Alto x 133/4" Ancho x 81/2" Fondo (38 x 35 x 22 cm).</i></p>	1

Cordialmente,

MARIA TERESA OLARTE CASTRO
Directora Centro de Simulación y desarrollo de habilidades clínicas y farmacéuticas